

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 01061

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

2^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ 1 GHz ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος 2.2.9 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**2.2.9** ΕΛΟΤ 60364/Έκδοση 1η «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.»

2. Η παράγραφος 4.2.2.6 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.2.2.6** Ευαισθησία Εισόδου (Input Sensitivity): Για 1 MΩ από 1mV/div έως 10V/div και για 50 Ω από 1mV/div έως 1 V/div.»

3. Η παράγραφος 4.2.3.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.2.3.1** Κλίμακα Βάσης Χρόνου (Time Base Range): Από 200 ps/div έως 1000 s/div.»

	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ- Α - 01061 ΕΚΔΟΣΗ 2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΛΓΟΣ(ΤΧ)
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (ΤΧ)
	ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/6/24