

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 01139

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LCR
(ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος 2.2.7 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**2.2.7** ΕΛΟΤ 60364/Έκδοση 1η «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.»»

2. Η παράγραφος 4.2.5 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.2.5** Το εύρος μέτρησης χωρητικότητας (C) να είναι τουλάχιστον από 1pF έως 100mF.»»

3. Στην «ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι» στον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ LCR», το κριτήριο με «Α/Α 5» αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΑΡΑ-ΓΡΑΦΟΣ	ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄				
.....				
5	Εύρος μέτρησης χωρητικότητας (C) τουλάχιστον από 1pF έως 100mF.	4.2.5	15	
.....				

	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ- Α - 01139 ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ^η
	ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Λοχαγός(ΤΧ)
	ΕΛΕΓΧΟΣ Παρασκευάς Κατσιλίδης Συνταγματάρχης (ΤΧ)
	ΘΕΩΡΗΣΗ Γεώργιος Δ. Ουρουμίδης Υποστράτηγος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/6/24